

Số: 619 /TB-BVUB

Cần Thơ, ngày 07 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v yêu cầu báo giá Máy xử mô tự động phục vụ công tác chuyên môn
tại khoa Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ

Kính gửi: Các nhà sản xuất, đơn vị cung cấp thiết bị tại Việt Nam.

Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo và đề xuất giá dự kiến cho kế hoạch mua sắm Máy xử mô tự động phục vụ công tác chuyên môn tại khoa Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông Tô Chí Nhân

- Nhân viên phòng VT-TBYT

Điện thoại: 0938181292

- Ông Lê Đoàn Kết

- Nhân viên phòng VT-TBYT

Điện thoại: 0932859829

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận tại địa chỉ: Số 70 Đồng Khởi – phường Ninh Kiều – thành phố Cần Thơ.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13h ngày 07 tháng 11 năm 2025 đến 13h ngày 17 tháng 11 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

***Lưu ý: Báo giá phải để vào túi hồ sơ có niêm phong.**

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2025.

II. Nội dung cần báo giá:

Stt	Tên vật tư y tế	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	SL	Địa điểm thực hiện
1	Máy xử lí mô tự động	Máy xử lí mô tự động, công suất ≥ 400 mẫu/lần 1/ Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%, sản xuất 2025 về sau. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001, CE. - Xuất xứ: thuộc nhóm các quốc gia G7.	Máy	01	Bệnh viện Ung bướu TPCT

Stt	Tên vật tư y tế	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	SL	Địa điểm thực hiện
		2/ Cấu hình thiết bị tối thiểu gồm: - Máy chính: 01 chiếc. - Bình chứa hóa chất: ≥ 11 cái. - Bình chứa paraffin: ≥ 04 cái. - Giỏ chứa mẫu: ≥ 02 cái (mỗi giỏ chứa ≥ 200 cassette). - Lọc than hoạt tính: 01 cái. - Có tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt. 3/ Yêu cầu tính năng kỹ thuật: - Hệ thống xử lý mô tuyến tính hoặc xoay tròn; tự động, kín, chân không. - Có màn hình hiển thị hoạt động của máy. - Có khả năng xử lý cùng lúc ≥ 02 chương trình khác nhau. Công suất ≥ 400 mẫu / lần chạy. - Hệ thống có ≥ 15 chương trình xử lý (có chương trình làm sạch giỏ cài đặt sẵn). - Hệ thống bao gồm ≥ 11 bình chứa hóa chất và ≥ 04 bình chứa paraffin. - Bình chứa hóa chất: bằng vật liệu chịu hóa chất như thép không gỉ hoặc nhựa chịu hóa chất. - Dung tích bình hóa chất $\geq 2,3$ lít ($\pm 10\%$). - Thông số cài đặt cho mỗi bình từ 1 phút đến ≥ 10 giờ. - Nhiệt độ bình hóa chất: $40-50^{\circ}\text{C}$ ($\pm 10\%$). - Nhiệt độ bình paraffin: $40-70^{\circ}\text{C}$ ($\pm 10\%$). - Máy có thể khởi động ngay lập tức hay cài đặt chương trình cho các ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, ... - Có chức năng trộn hóa chất. - Có thể dừng chương trình, lấy mẫu ra trong bất kỳ giai đoạn nào.			

Stt	Tên vật tư y tế	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	SL	Địa điểm thực hiện
		- Có các chức năng an toàn: có pin dự phòng khi mất điện đột ngột, có bộ lọc than hoạt tính, có khả năng kết nối báo động ngoài và có nút dừng cơ học khẩn cấp.			

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, phòng VT-TBYT.

K. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Tiên Mãnh



MẪU BÁO GIÁ

TÊN CÔNG TY:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Điện thoại liên hệ/Fax:

BÁO GIÁ

Kính gửi: **Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ**

Địa chỉ: 70 Đồng Khởi, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Căn cứ theo thông báo số . /TB-BVUB ngày tháng năm của Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

1. Nội dung báo giá:

STT	Danh mục thiết bị/vật tư y tế/Khu vực	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
n	...					
Tổng cộng						...
Thuế VAT ...%						...
Tổng cộng đã bao gồm thuế VAT						...

Bằng chữ:...../.

2. Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]

4. Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
5. Thời gian thực hiện dự kiến:, kể từ ngày ký hợp đồng.
6. Chúng tôi cam kết:
 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., Ngày ... tháng năm

Giám đốc hoặc người được ủy quyền
(Ký tên và đóng dấu)

