

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **“Cung cấp, lắp đặt Hệ thống CT- Scanner < 64 lát cắt/vòng quay kèm Gói dịch vụ bảo hành toàn diện 02 năm sau khi hết thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ”**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **“Cung cấp, lắp đặt Hệ thống CT- Scanner < 64 lát cắt/vòng quay kèm Gói dịch vụ bảo hành toàn diện 02 năm sau khi hết thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ”**. Với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ

2. Thông tin liên hệ:

- Phụ trách chuyên môn: Ông Lê Đoàn Kết, số điện thoại: 0972353065; thành viên Tổ Chuyên môn.

- Phụ trách tiếp nhận báo giá: CN Nguyễn Thị Thanh Tuyền, số điện thoại: 0939589900; thành viên Tổ chuyên môn.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 70 Đồng Khởi, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Các báo giá và hồ sơ đi kèm để trong bao thư được dán niêm phong, ngoài bì thư ghi rõ: Thư báo giá gói thầu: **“Cung cấp, lắp đặt Hệ thống CT- Scanner < 64 lát cắt/vòng quay kèm Gói dịch vụ bảo hành toàn diện 02 năm sau khi hết thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ”**.

- Hoặc gửi báo giá qua email: tochuyenmonbvubtpct2024@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 12 tháng 3 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 22 tháng 3 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.



5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dịch vụ, thiết bị, hàng hóa cần báo giá:

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Hệ thống CT-Scanner < 64 lát cắt/vòng quay	Đính kèm Phụ lục I	Hệ thống	01
2	Gói dịch vụ bảo hành toàn diện (full service) 2 năm sau khi hết thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	Đính kèm Phụ lục II	Gói	01

2. Yêu cầu chung của hàng hóa:

- Tiêu chuẩn hàng hóa:

+ Máy móc, thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng. Hàng hóa phải có nhãn hiệu hợp pháp theo qui định của nhà nước Việt Nam.

+ Hàng hóa hợp pháp, đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường là hàng hóa phải được đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu), phải có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO để Chủ đầu tư kiểm tra chất lượng, xuất xứ.

- Nhà thầu gửi kèm hồ sơ/cataloge chứng minh việc đáp ứng cấu hình yêu cầu và dẫn chiếu cụ thể trang, mục tài liệu tương ứng.

3. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ

4. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I, II năm 2026.

5. Hình thức mua sắm dự kiến: Đấu thầu rộng rãi

6. Mẫu báo giá: (đính kèm phụ lục)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện, muasamcong;
- Lưu: VT, TCM.



Hồ Long Hiến

**PHỤ LỤC I**

(Đính kèm Thông báo chào giá số 313/TB-BVUB ngày 12 tháng 3 năm 2026
của bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ)

Cấu hình, thông số kỹ thuật của Hệ thống CT-Scanner < 64 lát cắt/vòng quay (01 Hệ thống)**NỘI DUNG YÊU CẦU:**

	Hệ thống CT-Scanner < 64 lát cắt/vòng quay
A	YÊU CẦU CHUNG
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%
	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc tương đương.
	Nguồn điện cung cấp: 3 pha 380 - 440V; 50Hz
	Yêu cầu môi trường hoạt động của thiết bị:
	+ Nhiệt độ tối đa ≥ 24 độ C;
	+ Độ ẩm tối đa $\geq 60\%$
B	YÊU CẦU CẤU HÌNH
	Hệ thống CT-Scanner < 64 lát cắt/vòng quay: 01 Hệ thống
I	Hệ thống máy chính. Bao gồm
1	Khoang máy: 01 bộ
2	Bóng X-quang: 01 bộ
3	Máy phát (Tủ phát cao thế): 01 bộ
4	Đầu thu nhận: 01 bộ
5	Bàn bệnh nhân: 01 bộ
6	Trạm điều khiển, tái tạo và xử lý hình ảnh: 01 bộ
II	Phần mềm hệ thống
1	Các phần mềm hoặc chức năng tổng quát tối thiểu bao gồm:
1.1	Phần mềm tiêu chuẩn: 01 bộ
1.2	Phần mềm hoặc chức năng tái tạo đa mặt phẳng: 01 bộ
1.3	Phần mềm hoặc chức năng loại bỏ xương: 01 bộ
1.4	Phần mềm hoặc chức năng hiển thị/tái tạo thể tích: 01 bộ
1.5	Phần mềm hoặc chức năng chụp cho nhi khoa, trẻ nhỏ: 01 bộ
1.6	Phần mềm hoặc chức năng chụp với thuốc tương phản: 01 bộ
1.7	Phần mềm hoặc chức năng chụp giảm liều: 01 bộ
2	Các phần hoặc chức năng xử lý hình ảnh nâng cao tối thiểu bao gồm:
2.1	Phần mềm hoặc chức năng nội soi ảo: 01 bộ

2.2	Phần mềm hoặc chức năng đo đường kính: 01 bộ
2.3	Phần mềm hoặc chức năng đo ROI: 01 bộ
2.4	Phần mềm hoặc chức năng xem hình 3D (MPR, MIP, VR): 01 bộ
2.5	Phần mềm hoặc chức năng duỗi thẳng mạch máu: 01 bộ
2.6	Phần mềm hoặc chức năng tái tạo lập với dữ liệu thô: 01 bộ
III	Thiết bị và phụ kiện đi kèm
1	Máy tính xử lý hình ảnh độc lập: 01 bộ
2	Áo chì: 01 bộ
3	Bộ phụ kiện định vị bệnh nhân: giá đỡ đầu, giá đỡ tay-chân, dây đai cố định bệnh nhân: ≥ 01 bộ
4	Phantom cân chỉnh máy: ≥ 01 bộ
5	Hệ thống đàm thoại giao tiếp với bệnh nhân: ≥ 01 bộ
6	Bộ camera quan sát bệnh nhân trong phòng chụp (tối thiểu 02 camera): ≥ 01 bộ
7	UPS ≥ 80 KVA: 01 bộ
8	Máy bơm thuốc cân quang 2 nòng: 01 bộ
9	Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ
C	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
I	Phần cứng hệ thống bao gồm
1	Khoang máy
	Đường kính khoang máy: ≥ 70 cm
	Khoảng cách từ tiêu điểm bóng tới trọng tâm: ≥ 53 cm
	Khoảng cách từ tiêu điểm bóng tới đầu thu: ≥ 94 cm
	Trường nhìn: ≥ 43 cm
	Khoảng nghiêng khung/khoang máy: từ $\leq -30^\circ$ đến $\geq +30^\circ$
	Tốc độ quay 1 vòng 360 độ nhanh nhất: ≤ 0.8 giây
	Có laser định vị bệnh nhân
2	Bóng X – Quang (Bóng phát tia)
	Dòng bóng tối thiểu (mA): ≤ 13 mA
	Dòng bóng tối đa (mA): ≥ 350 mA
	Điện áp bóng (kV): tối thiểu có 3 mức trong các mức 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140 kV
	Khả năng trừ nhiệt thực: ≥ 6.5 MHU
	Tốc độ tản nhiệt: ≥ 800 KHU/phút
	Thời gian phát tia xoắn ốc tối đa: ≥ 120 giây
	Kích thước tiêu điểm:
	+ Tiêu điểm nhỏ: $\leq 0.8 \times 1.0$ mm

	+ Tiêu điểm lớn: $\leq 1.1 \times 1.2 \text{ mm}$
3	Máy phát (Tủ phát cao thế)
	Công suất tối đa: $\geq 42 \text{ kW}$
4	Đầu thu (Detector)
	Có công nghệ giảm nhiễu hoặc tương đương
	Số lượng lát cắt/vòng quay: ≥ 32
	Số lượng dây đầu thu: ≥ 16
	Số phần tử đầu thu: ≥ 11300
	Khoảng bao phủ (độ rộng) các dây đầu thu theo trục z: $\geq 20\text{mm}$
	Số hình chiếu lớn nhất/vòng quay: ≥ 1500
	Độ dày lát cắt xoắn ốc mỏng nhất: $\leq 0,67\text{mm}$
5	Bàn bệnh nhân
	Tải trọng tối đa: $\geq 180 \text{ kg}$
	Tốc độ di chuyển bàn tối đa: $\geq 100 \text{ mm/s}$
	Độ cao thấp nhất của bàn: $\leq 50 \text{ cm}$
	Chiều dài trường chụp tối đa: $\geq 135 \text{ cm}$
6	Trạm điều khiển, tái tạo và xử lý hình ảnh
6.1	Trạm điều khiển (cấu hình tối thiểu)
	Máy tính:
	CPU: Intel hoặc tương đương
	Bộ nhớ RAM: $\geq 32 \text{ GB}$
	Ổ cứng: $\geq 900 \text{ GB}$
6.2	Hệ thống tái tạo hình ảnh
	Tốc độ tái tạo hình ảnh: $\geq 22 \text{ hình/giây}$
	Ma trận tái tạo: $\geq 512 \times 512$
	Có ổ cứng lưu trữ hình ảnh
6.3	Màn hình
	Màn hình: LCD/LED hoặc tương đương
	Kích thước: $\geq 23 \text{ inch}$, ≥ 1 chiếc
	Độ phân giải: $\geq 1280 \times 1024$
7	Máy tính xử lý hình ảnh độc lập tối thiểu bao gồm:
	CPU: Intel Xeon/core i5 hoặc tương đương hoặc cao hơn
	RAM: $\geq 16 \text{ GB RAM}$
	Card đồ họa: có hỗ trợ card đồ họa
	Hệ điều hành: Windows 10/11 Pro 64-bit hoặc tương đương hoặc cao hơn

	Dung lượng lưu trữ hệ thống: ≥ 700 GB
	Chuột và bàn phím tiêu chuẩn
	Màn hình
	Màn hình: LCD hoặc tương đương
	Kích thước: ≥ 19 inch, ≥ 1 cái
	Độ phân giải 1280 x 1024
II	Phần mềm hệ thống:
1	Các phần mềm hoặc chức năng tổng quát:
1.1	Phần mềm tiêu chuẩn tối thiểu có các tính năng:
	- Đăng ký bệnh nhân: có tính năng nhập thông tin bệnh nhân hoặc tương đương
	- Có tính năng thay đổi và quản lý (hoặc tùy chỉnh) các giao thức chụp hoặc tương đương
	- Có tính năng thu hình định vị hoặc tương đương
	- Cổng giao tiếp hướng dẫn bệnh nhân: có tính năng thu âm tự do, có hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ cài đặt sẵn để hướng dẫn bệnh nhân
	- Chế độ chụp tuần tự
	- Chế độ chụp xoắn ốc
1.2	Các phần mềm hoặc chức năng xử lý và tái tạo hình ảnh tối thiểu có các tính năng:
	- Tính năng tái tạo hình ảnh
	- Tính năng lựa chọn Pitch tự động hoặc lựa chọn/tối ưu hoá protocol hoặc tương đương
	- Có chế độ hiển thị CINE
	- Có giải pháp lưu trữ và kết nối mạng
1.3	Phần mềm hoặc chức năng tái tạo đa mặt phẳng tối thiểu có các tính năng:
	- Tái tạo các hướng MPR khác nhau hoặc tương đương
	- Xóa xương, tái tạo VR
1.4	Phần mềm hoặc chức năng chụp cho nhi khoa, trẻ nhỏ tối thiểu có tính năng:
	- Các giao thức sử dụng cho nhi khoa hoặc tương đương
1.5	Phần mềm hoặc chức năng chụp với thuốc tương phản tối thiểu có chức năng:
	- Có chế độ chụp với thuốc cản quang
	- cho phép bắt đầu quét sau khi tiêm thuốc cản quang hoặc tương đương
1.6	Phần mềm giảm liều tối thiểu có các tính năng:
	- Tự động điều chỉnh dòng bóng dựa vào kích thước bệnh nhân và vùng giải phẫu hoặc tương đương
2	Các phần mềm hoặc chức năng nâng cao:

2.1	Phần mềm hoặc chức năng nội soi ảo tối thiểu có tính năng:
	Cho phép hiển thị đường khí hoặc tương đương
2.2	Phần mềm hoặc chức năng đo đường kính
2.3	Phần mềm hoặc chức năng đo ROI
2.4	Phần mềm hoặc chức năng xem hình 3D (MPR, MIP, VR)
2.5	Phần mềm hoặc chức năng tái tạo lập với dữ liệu thô tối thiểu có tính năng:
	Giảm liều tia, giảm nhiễu hoặc tương đương
2.6	Ứng dụng xử lý hình ảnh cơ bản tối thiểu bao gồm:
	- Cài đặt nhiều cửa sổ hoặc tương đương
	- Tự do chọn độ rộng và trung tâm cửa sổ hoặc tương đương
	- Thu/phóng, dịch chuyển hoặc tương đương
	- Mặt cắt: Ngang, dọc, chéo
	- Các công cụ đo: đo khoảng cách, đo góc, đo ROI
	- Tái tạo đa mặt phẳng hoặc tương đương
	- MIP, MinIP
	- Phần mềm hoặc chức năng tái tạo 3D
2.7	Các phần mềm, ứng dụng nâng cao cho mạch máu tối thiểu bao gồm:
	- Phần mềm hoặc chức năng duỗi thẳng mạch máu
	- Phần mềm hoặc chức năng xoá bản và xương hoặc tương đương
	- Phần mềm hoặc chức năng phân tích mạch máu hoặc tương đương
	- Hiển thị hình CT mạch máu xoá nền hoặc tương đương
D	YÊU CẦU KHÁC
1	Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất ≥ 12 tháng
2	Đội ngũ nhân viên thực hiện bảo hành, bảo trì với số lượng, chất lượng, trình độ và kinh nghiệm đáp ứng trong mọi tình huống.
3	Khi có sự cố xảy ra, nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 48 giờ để giải quyết.
4	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị.
5	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao ít nhất 08 năm.
6	Cam kết cung cấp chứng nhận CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng nhận CQ do nhà sản xuất cấp, Invoice, Packing list, vận đơn và các tài liệu liên quan khác
7	Đào tạo chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng cho Bác sĩ và kỹ thuật viên vận hành: tại nơi sử dụng hoặc nước ngoài.
8	Có giấy uỷ quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành đối với thiết bị chính (không bao gồm phụ kiện và vật tư theo máy)



9	Có giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp đối với các thiết bị phải xin phép nhập khẩu theo quy định
10	Hỗ trợ thiết kế và cải tạo phòng chụp CT đảm bảo an toàn bức xạ.

Ghi chú:

Cụm từ “**tương đương**” là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ đối với hàng hóa được mời thầu.





PHỤ LỤC II

(Đính kèm Thông báo chào giá số 313/TB-BVUB ngày 12 tháng 3 năm 2026 của bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ)

Gói dịch vụ bảo hành toàn diện (full service) 2 năm sau khi hết thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Thông số kỹ thuật/ miêu tả kỹ thuật	
1	YÊU CẦU CHUNG
	- Thực hiện bảo trì, bảo hành, sửa chữa toàn diện và trọn gói bao gồm công tác kiểm tra, sửa chữa, thay thế phụ kiện, linh kiện cho hệ thống CT – Scanner < 64 lát cắt/vòng quay theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 2 năm sau khi hết thời gian bảo hành. - Trong trường hợp hệ thống bị gián đoạn hoặc ngừng hoạt động do hư hỏng trong thời gian thực hiện gói dịch vụ bảo trì, thì khoảng thời gian gián đoạn này sẽ được cộng dồn vào thời hạn của hợp đồng, nhằm đảm bảo bệnh viện được hưởng trọn vẹn 2 năm dịch vụ bảo trì trọn gói theo đúng cam kết. - Mọi công tác liên quan đến bảo trì bảo dưỡng (phần cứng, phần mềm) hoặc nâng cấp hệ thống máy theo chính sách của nhà sản xuất phải được thông báo bằng văn bản từ Nhà thầu trước 03 ngày làm việc cho Bệnh viện để Bệnh viện chủ động có kế hoạch hoạt động chuyên môn.
2	VỀ SỬA CHỮA VÀ CUNG CẤP PHỤ KIỆN THAY THẾ
2.1	Cung cấp dịch vụ kỹ thuật
	- Nhà cung cấp thiết bị hỗ trợ tích hợp các hệ thống CT- Scanner mới vào các nền tảng quản lý hiện có của Bệnh viện như hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS), hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), máy in film, ...và các hệ thống liên quan khác, nhằm đảm bảo sự đồng bộ trong quản lý, khai thác và vận hành thiết bị. - Bảo trì, kiểm tra hệ thống định kỳ theo tiêu chuẩn hãng sản xuất thiết bị: ≥ 8 lần (tối đa 3 tháng phải thực hiện 1 lần kiểm tra định kỳ). - Kiểm tra, sửa chữa và xử lý lỗi thiết bị tại nơi sử dụng: không giới hạn số lần (Không quá 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ đơn vị sử dụng). - Thay thế linh kiện, phụ kiện phải hoàn toàn tương thích với hệ thống và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (linh kiện, phụ kiện thay thế phải được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất) để khắc phục lỗi cho thiết bị (trong trường hợp phải thay thế linh kiện, phụ kiện để thiết bị hoạt động bình thường): không giới hạn - Đảm bảo mọi chức năng được thiết kế ban đầu của hệ thống hoạt động bình thường, đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân. - Hỗ trợ sao lưu toàn bộ dữ liệu khi có yêu cầu của đơn vị sử dụng - Đảm bảo bản quyền phần mềm, cài đặt lại khi có hư hỏng phần cứng. - Có mặt trong vòng $\leq 48h$ khi nhận được thông báo sự cố từ Bệnh viện. Thời



	gian giải quyết sự cố tối đa trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo. - Thực hiện các nội dung công việc bảo trì khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất thiết bị
2.2	Yêu cầu về nhân viên thực hiện bảo trì thiết bị
	- Có ≥ 01 cán bộ phụ trách thực hiện bảo trì là Kỹ sư tốt nghiệp Đại học trở lên ngành đào tạo về điện, điện tử, điện tử y sinh đã tham gia bảo trì bảo dưỡng Hệ thống chụp cắt lớp vi tính (kèm theo Bản chụp công chứng: Bằng tốt nghiệp đại học, hợp đồng lao động, chứng chỉ đào tạo kỹ thuật). - Có ≥ 01 kỹ sư thực hiện bảo trì có kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật, bảo trì thiết bị y tế: ≥ 03 năm. - Có ≥ 01 kỹ sư thực hiện bảo trì có kinh nghiệm trong công việc bảo trì Hệ thống chụp cắt lớp vi tính tương tự: ≥ 02 năm. - Có giấy ủy quyền thực hiện dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng của chính hãng sản xuất thiết bị.
3	CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ
Hệ thống trạm làm việc	
1	Kiểm tra chất lượng hình ảnh bằng phantom và các ảnh đã chụp
2	Kiểm tra các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng trong logfile
3	Làm sạch hệ thống lọc gió cho quạt của hệ máy tính
4	Làm sạch hệ thống bo mạch của hệ máy tính
5	Hiệu chỉnh lại các thông số kỹ thuật và hình ảnh
6	Kiểm tra và hiệu chỉnh lại các thông số tương phản của màn hình
7	Thực hiện các nội dung công việc bảo trì khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất thiết bị
Hệ thống điều khiển Gantry	
1	Làm sạch khối điều khiển Gantry
2	Làm sạch hệ thống bo mạch có liên quan trong gantry
3	Làm sạch, tra mỡ chuyên dụng vòng trượt của gantry
4	Bảo trì làm sạch các khối chổi quét hoặc than quét
5	Tra mỡ chuyên dụng cho các khớp chuyển động
6	Kiểm tra và làm sạch các đầu thu/ phát tín hiệu truyền
7	Kiểm tra và điều chỉnh hệ thống Laser định vị
8	Vệ sinh lọc gió cho các quạt giải nhiệt Gantry
9	Kiểm tra các kết nối cao áp của bóng x quang và khối cao áp
10	Kiểm tra và bảo trì hệ thống trao đổi nhiệt cho bóng phát tia
11	Kiểm tra các dò rỉ dầu cao áp
12	Kiểm tra hệ dẫn động nghiêng của Gantry
13	Ghi lại các thông số sử dụng của bóng phát tia

PH
I VIỆN
BƯỞU
H PHỐ
I THO
★

14	Kiểm tra và làm sạch tấm lọc bụi của các quạt trao đổi nhiệt cho Detector
15	Thực hiện các nội dung công việc bảo trì khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất thiết bị
Hệ thống bàn bệnh nhân	
1	Kiểm tra vỏ hệ thống tiếp đất
2	Kiểm tra và Tra mỡ chuyên dụng cho trục theo chiều dọc của bàn
3	Làm sạch các bảng mạch điều khiển
4	Bảo trì lại hệ thống phanh
5	Làm sạch toàn bộ vỏ của bàn
6	Thực hiện các nội dung công việc bảo trì khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất thiết bị





BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá các danh mục dịch vụ, thiết bị, hàng hóa như sau:

1. Danh mục dịch vụ, thiết bị, hàng hóa báo giá:

STT	Danh mục	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	Nội dung A									
2	Nội dung B									
n	...									

(Nhà thầu gửi kèm hồ sơ/cataloge chứng minh chứng minh việc đáp ứng cấu hình yêu cầu và dẫn chiếu cụ thể trang, mục tài liệu tương ứng.)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm... [ghi ngày tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4,5 Mục I – Thông báo].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không, đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.



- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Cam kết thực hiện đúng các yêu cầu tại khoản 1 mục II [Hạng mục cần báo giá] theo thông báo.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng.... năm

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)

